# Spécificités techniques

**AMB7-A06P54-S800**

**FAUTEUIL-LIT DE CHIRURGIE AMBULATOIRE AMB7 CLAVIA LCA - LARGEUR 65 - FREINAGE CENTRALISÉ AVEC 5E ROUE - MATELAS - BARRIÈRES TECH**

## PACK - ÉQUIPEMENT

| | |
|---|---|
| Barrières | Plastique avec assistance 2 positions haute de sécurité et basse facilitant l'accès |
| Matelas | Matelas de confort amovible |
| Equipement | Barres de poussée - Butoirs d'angle côté pieds avec support accessoires - 2 rails techniques latéraux sur le dossier - Batterie |

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids | 90 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur | Position fauteuil : 156 / Position allongée (têtière standard) : 202 / Position allongée (têtière ophtalmo) : 221 cm |
| Largeur | 78,5 cm |
| Longueur plan de couchage | 202 cm |
| Largeur plan de couchage | 65 cm |
| Hauteur Variable mini | Plan de couchage sans matelas : 47 cm |
| Hauteur Variable maxi | Plan de couchage sans matelas : 85 cm |
| Garde au sol | 4 cm |
| Dimensions | Relève Buste 80 cm cm |
| Epaisseur Matelas | 10 cm |
| Hauteur barrières | 37 cm |
| Longueur barrières | 94 cm |
| Epaisseur barrières | 6 cm |
| Hauteur de la poignée de poussée | Position assise : de 70 à 105 cm |
| Longueur barre de poussée | 40 cm |
| Largeur barre de poussée | 3 cm |
| Diamètre barre de poussée | 3 cm |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Matière Mousse | Mousse Haute Résilience |
| Densité Mousse HR | 35 kg/m3 |
| Matière Housse | Tissu Techmaflex |
| Châssis | Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy |
| Hauteur variable | Colonne métallique |
| Matière | Barrière en plastique rotomoulée |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de matelas | Standard Confort |
| Classe Matelas | Classe 0 |
| Type de hauteur variable | Electrique |
| Type de motorisation | PI-Type |
| Type de freinage | Freinage centralisé avec 5ème roulette directionnelle |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulette double galet |
| Diamètre roues | 150 mm |

## MOBILITÉ

| | |
|---|---|
| Type batterie | Lithium-Ion 2,5A (50 cycles) |
| Temps de charge | environ 10 heure |
| Consommation au repos | 0,5 (120/230V) |
| Consommation en fonction | sur secteur Max 12A - sur batterie Max 15A |
| Consommation en charge | 1A |

## INCLINAISONS

| | |
|---|---|
| Relève-buste | 0 à 78° |
| Relève-jambes | 0 à 54° |
| Proclive | 10° |
| Déclive | 15° |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Poids maxi patient | 185 kg |
| CFS | 250 kg |

## CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | Hauteur Variable électrique / Proclive Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique / Dossier en deux parties avec tête amovible pour fixer une têtière interventionnelle phtalomologique, ORL ou stomalologique |
| Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum | 2 emplacements sur l'assise |

## RÈGLEMENTATION

| | |
|---|---|
| Classe Dispositif Médical | Classe I |
| Marquage CE | CE |
| Règlement Européen (UE 2017/745) | Oui |
| GTIN | 03770016906517 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Housse | M1 |
| Fibres végétales | M1 |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | 6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR |




## NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY MOV'® · TÊTIÈRE OPHTALMOLOGIQUE® · BARRIÈRES TECH+®

## NOS POINTS FORTS

- Equipement
- Support universel
- Easy Clip
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

CE MD