

PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Zéro-Gap
Matelas	ACTB-M277-08
Équipement	Barre de poussée fixe en pied - 4 butoirs de protection d'angle

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	110 kg
------------------	--------

DIMENSIONS

Longueur	213 cm
Largeur	87 cm
Hauteur Variable mini	57 cm
Hauteur Variable maxi	87 cm
Garde au sol	7,5 cm
Épaisseur Matelas	8 cm
Longueur barrières	162 cm
Diamètre barreaux barrière	3,6 cm
Hauteur de la poignée de poussée	19 par rapport au sommier cm
Longueur barre de poussée	18 cm
Largeur barre de poussée	13 cm
Diamètre barre de poussée	2,5 cm
Hauteur barrière par rapport au plan de couchage	37 cm

SURFACE DE COUCHAGE

Type plan de couchage	Plan dur
Largeur plan de couchage - A plat	70 cm
Largeur plan de couchage - Articulé	195 cm
Plan de couchage - Matière	Fibres végétales épaisseur 12,4 mm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m ³
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Tricot 100% coton avec enduction PVC
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Piètement	Châssis métallique époxy avec capot plastique
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC
Barrières	Plastique PA chargé Fibres de verre
Hauteur variable	2 pompes hydrauliques
Roues	Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane

TYPE

Type de matelas	Standard
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
Type de hauteur variable	PI-Type (deux colonnes)
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Freinage centralisé

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulette simple galet
Diamètre roues	200 mm

MOBILITÉ

Type	5ème roulette directionnelle escamotable
Fonctionnement	5ème roulette actionnée par la pédale de freinage directionnelle

INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 90 (2 vérins à gaz)°
Proclive	15°
Déclive	15°

TYPE DE FIXATION

TPS	Par emboîtement sans outils
-----	-----------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	255 kg
CFS	320 kg

CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	4
--	---

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
UDI-DI	03770016906746

CLASSEMENT FEU


Mousse	M4
Housse	M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène
-------------	---



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Piètement
- Soins sécurisés
- Easy Clip
- Confort
- Easy CLEAN
- Sécurité
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

